


Akredytowana kalibracja zewnętrznej sondy temperatury - ISO/IEC 17025

kod: SLU002



Akredytowana kalibracja przyrządu z zewnętrzną sondą lub samodzielnej zewnętrznej sondy temperatury jest wykonywana przez zewnętrzne akredytowane laboratorium wzorcujące. Usługa obejmuje wystawienie świadectwa wzorcowania.

- akredytowana kalibracja zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- wyniki akredytowanej kalibracji są uznawane na arenie międzynarodowej na podstawie porozumień EA MLA i ILAC MRA
- kalibracja w 3 punktach temperatury w zakresie od -40 do $+600$ °C jest wliczona w cenę
- dodatkowe punkty kalibracyjne oraz kalibracja poza standardowym zakresem (do -80 °C lub do $+1300$ °C) są dostępne za dodatkową opłatą

Wymagane punkty kalibracyjne należy określić w zamówieniu. Jeśli punkty kalibracyjne nie zostaną określone, kalibracja zostanie automatycznie wykonana w standardowych punktach -20 °C, 0 °C i $+20$ °C.

[Kalibracja przyrządów COMET - pytania i odpowiedzi](https://www.cometsystem.com/support/faq-calibration-and-metrology-1)

Dane techniczne