

Dopłata za zmianę zakresu temperatury czujników TA i WiFi do +600 °C

kod: SLU119



Sprzętowa adjustacja wewnętrznego czujnika stężenia CO₂

Dopłata za sprzętową zmianę standardowego zakresu pomiaru temperatury do +600°C.

Tylko dla przetworników Web Sensor 2.0 [TA4611](#), [TA4621](#), [TA3465](#) lub bezprzewodowych czujników WiFi [W0711](#) i [W0741](#).

Urządzenia [TA4611](#), [TA4621](#) i [TA3465](#)

Zakres: od -200 °C do +600 °C

Dokładność: ±0,2 °C w zakresie do +100 °C; ±0,2% wartości mierzonej w zakresie powyżej +100 °C

Urządzenia [W0711](#) i [W0741](#)

Zakres: od -150 °C do +600 °C

Dokładność: ±0,2 °C w zakresie do +100 °C; ±0,2% wartości mierzonej w zakresie powyżej +100 °C

Usługa ta jest standardowo dostępna wyłącznie przy zakupie nowego urządzenia.

W celu zmiany zakresu pomiarowego wcześniej zakupionego urządzenia prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.

Dane techniczne

CZUJNIK CO ₂	
Zakres pomiarowy	0 do 10 000 ppm
Dokładność	±(110ppm +5% odczytu) dla 25°C i 1013hPa
Rozdzielczość	1 ppm